

Area Motori CFR

Anticipazione relazione dettagliata

L'area motori da realizzarsi nella nuova sede Innovhub-MIND dovrà essere in grado di alloggiare i tre motori CFR, attualmente collocati nel locale 66 presso la sede di San Donato Milanese.

La sala motori andrà collocata necessariamente al piano terreno.

Le caratteristiche specifiche verranno comunicate in seguito con relazione dettagliata contenente tutte le informazioni relative a scarichi dei motori, dimensione dei basamenti, ecc.

Si anticipa, come da richieste, l'informazione specifica relativa all'esigenza di fornitura acqua superiore allo standard.

I motori vengono raffreddati con acqua, e la portata deve essere minimo 6 litri/minuto.

In merito a questo punto, andrà valutata la possibilità di ricircolare l'acqua, al momento è "a perdere", attraverso serbatoi interrati e raffreddati.

La superficie del locale in cui sono attualmente collocati è di 53 MQ.

Il futuro vano andrà insonorizzato completamente verso l'esterno e l'interno.

La foto rappresenta due di quelli che dovranno essere spostati.

